

RIPARTIZIONE PATRIMONIO APPALTI BENI E SERVIZI

CHIARIMENTI 11.10.2019

Oggetto: Fornitura di Strumentazione multisensoristica per la Rete Inquinamento e Rete Idrica e per la Stazione di Testing Harvester del Laboratorio Misure presso il Dipartimento di Ingegneria nell'ambito del Programma Valere Plus "VAnviteLli pEr la RicErca – V:ALERE plus" suddivisa in n 7 lotti

Con riferimento alla procedura di gara per l'affidamento dei servizi in oggetto, a seguito di richiesta chiarimenti da parte di alcune ditte, qui di seguito si riportano i quesiti con le relative risposte:

- 1. D. Si richiede se è possibile partecipare per un singolo lotto e se è obbligatorio il raggruppamento di imprese?**

R. Sì, è possibile partecipare ad un singolo lotto di gara. Non è obbligatoria la costituzione in Raggruppamento di imprese.

- 2. D. Si richiedono informazioni in merito alle modalità di presentazione della garanzia provvisoria.**

R. In fase di partecipazione alla procedura di gara, il partecipante, all'interno della Busta A - Documentazione amministrativa, dovrà presentare la cauzione provvisoria, secondo le modalità indicate nell'art. 93 del D. lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

- 3. D. Si richiedono chiarimenti in ordine agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso indicati dalla Stazione appaltante. Quali sono questi costi? Occorre considerarli nel prezzo finale di offerta? Devono essere indicati? Dove?**

R. gli oneri per la sicurezza aziendale non soggetti a ribasso sono indicati negli atti di gara e sono pari a zero (0,00); pertanto non occorre considerarli nel prezzo finale e non devono essere indicati in alcuna parte dell'offerta.

- 4. D. Con particolare riferimento al Lotto 7, relativo alla Fornitura STAZIONE DI TESTING HARVESTER si richiedono chiarimenti in ordine all'indicazione degli oneri aziendali in materia di salute e sicurezza e del costo della manodopera.**

R. Sia i costi aziendali che i costi della manodopera di cui all'art. 95, co. 10 del D. lgs. n. 50/2016, devono essere indicati distintamente nel modello dell'offerta economica. Al riguardo corre l'obbligo di evidenziare che nessun elemento di prezzo dovrà essere indicato nell'offerta tecnica.

- 5. D. Con specifico riferimento al Lotto 5, relativo alla fornitura dell'Attrezzatura Eye tracking e rilievo parametri fisiologici (Rete Inquinamento), si richiedono chiarimenti in ordine alla tipologia di sistema eye tracking. In particolare se deve essere un remote eye tracker (a schermo) o wearable (glasses)? Inoltre in merito alla richiesta di rilievo parametri fisiologici, quali parametri fisiologici devono essere rilevati?**

R. Il Sistema eye tracker dovrà essere di tipo portatile su occhiale. I parametri fisiologici da rilevare saranno: EEG (l'attività elettrica dell'encefalo) e ECG (attività elettrica del cuore).

- 6. D. Si richiede se è possibile presentare il DGUE in due file, causa impossibilità a scannerizzarlo in un unico file.**

R. È possibile dividere il DGUE in due file, da presentare, entrambi, debitamente firmati digitalmente.